

铸尺量天

—始于1951—



RA012021090252

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
(国防科技工业第一计量测试研究中心)

CHANGCHENG INSTITUTE OF METROLOGY & MEASUREMENT

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GFJGJL1001210909216

Certificate No.

客户单位:

Customer

地

址: 北京市顺义区聚源东路35号

Address

计量器具名称: 霍斯曼温度传感器

Instrument name

型号 / 规格: HJD-WZP-HM001-

Model/Type

2GT2-116.40.6

器具/管理编号: 2108-0200

Serial No./Regulation No.

制造单位: 北京鸿基点科技发展有限公司

Manufacturer

校准人:

Operator

核验人:

Inspector

批准人:

Authorized signatory

接收日期:

Received date

校准日期:

Calibration date

发布日期:

Issued date

2021

年

09

月

16

日

Year

Month

Day

2021

年

09

月

16

日

Year

Month

Day

2021

年

09

月

16

日

Year

Month

Day



地址: 北京市海淀区温泉镇环山村

邮箱: 北京1066信箱

邮编: 100095

客服电话: 400 0777 304

投诉电话: 010-62459068

传真: 010-62459059

网址: www.cimm.com.cn

电子信箱: cimm@cimm.com.cn

Address: HuanShan Village, WenQuan Town, HaiDian, Beijing

Mailbox: 1066

Post Code: 100095

Tel.: 400 0777 304

Complaints Call: +86-10-62459068

Fax: +86-10-62459059

Web: www.cimm.com.cn

E-mail: cimm@cimm.com.cn





—始于1951—

本机构是国家法定计量技术机构, 授权证书编号: (国) 法计(2020) 0115。

This institute is a national legal metrological verification institute. Authorized certificate: (State) Law (2020) 0115.

本机构经国家国防科技工业局行政许可, 许可证编号: 国防军工-JLJG-1-001。

This institute is accredited by SASTIND. Authorized certificate: JLJG-1-001.

本机构经中国人民解放军总装备部认可, 编号: 军认可20140040号。

This institute is accredited by the General Armaments Department of PLA. Authorized certificate: No.20140040.

机构经中国国家认证认可监督管理委员会认证、国防科技工业实验室认可委员会认可, 证书编号分别为:

170021180216、DL050。

This institute is accredited by CNCA and DILAC. Authorized certificate: 170021180216 and DL050.

地点: 18-234

Locus

环境条件: 温度: 23.8 °C 湿度: 58 %RH 其它: /

*Environmental conditions Temperature Rel. Humidity Others*所依据/参照技术文件
(代号、名称):

JJF 1637-2017 廉金属热电偶校准规范

*Reference documents for the test
(Code、Name)*

使用的计量标准器具:

Measurement Standards used in this verification

名称 <i>Name</i>	编号 <i>Number</i>	测量范围 <i>Measuring range</i>	准确度等级/最大允许误差/测量不确定度等 <i>Accuracy class/MPE/Uncertainty, etc</i>	溯源机构/证书编号 <i>Traceability institution /Certificate No.</i>	有效日期 <i>Valid date</i>
标准铂电阻温度计	10041	(0~419.527) °C	二等标准	一中心 GFJGJL1001201009345	2022-10-23

空工业

准专用

计量测试技

本计量标准器具的量值可溯源至国家基准

This measurement standard used in the test can be traced to the national primary standard in P.R.CHINA

注: 1、未经本机构书面授权, 不得部分复制本证书;

Note This certificate cannot be partly copied without approval of the institute.

2、本证书的校准结果仅对所送检样品有效;

These results are only responsible for the sample calibrated.

3、被校计量器具修理后, 应立即重新校准;

Immediate recalibration is essential for the calibrated measuring instrument after its repair;

4、在使用过程中如对被校准计量器具的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

Please calibrate again if the technical index of the calibrated measuring instrument is doubted in use.

5、本证书封面未加盖校准专用章无效。

This certificate is not available without a seal on the front cover.



校准结果

Results of Calibration

温度/℃	温度修正值/℃	扩展不确定度 $U/^\circ\text{C } k=2$
0	0.4	0.3
100	0.0	0.3
200	0.2	0.3



下次送校时请带此证书或复印件

Please take the certificate or its copies next calibration

以下空白

Blank Below